

有毒气体检测器规格书				
总体说明 GENERAL	1	位号 Tag Number	数量 Quantity	6
	2	用途 Service		报警器更新
	3	环境温度 Amb.Tempratu	相对湿度 Relative	-40~40℃
	4	检测气体类型 Detected Gas Type		苯
	5	检测气体成分 Detected Gas Composition		苯
传感器 SENSOR	6	传感器形式 Sensor Type		内置泵吸入式
	7	检测原理 Detection Principle		光致电离 PID
	8	检测范围 Measurement Range		0~10ppm
	9	响应时间 Response Time		<30 Sec
	10	校准周期 Calib.Cycle Time		
	11	安装方式 Mounting Type		
	12	外壳材质 Housing Material		
变送器 TRANSMITTER	13	变送器形式 Transmitter Type		一体式（带现场声光报警）
	14	输出信号 Output Signal		三线制 4~20mA
	15	精度 Accuracy		±3%FS
	16	供电 Power Supply		24V DC
	17	外壳材质 Housing Material		铝合金
	18	防护等级 IP Rating		IP 65
	19	防爆等级 Exp.Proof		Ex db IIC T4 Gb
	20	电气连接Elec.Connection		3/4"NPT(F)
	21	安装方式Mounting Type		2" 管安装
	22	安装支架 Mounting Bracket		带
	23	现场指示表 Field Indicator		LED显示 中文菜单
	24	声光报警 Sound & Light Alarm		带
	25	通讯 Communication		
	26	故障安全模式 Failure Safety Mode		
附件 ACCESSORIES	27	校准气体 Calibration Gas		
	28	防尘防雨罩 Dust/Rain Cover		带
	29	标定设备 Calibration Device		带遥控器
	30	专用工具 Special Tools		带
	31	电缆格兰 Cable Gland		
订货 PURCHASE	32	制造厂 Manufacturer		
	33	型号 Model		
	34	认证 Certificate		
	35	订单号 Purchase Order Number		
	36	铭牌 Nameplate		带不锈钢铭牌

韩松 张博文 胡银磊 张铁军



毒气气体检测器规格书				
总体说明 GENERAL	1	位号 Tag Number	数量 Quantity	1
	2	用途 Service		报警器更新
	3	环境温度 Amb.Tempratu	相对湿度 Relative	-40~40℃
	4	检测气体类型 Detected Gas Type		氨气
	5	检测气体成分 Detected Gas Composition		氨气
传感器 SENSOR	6	传感器形式 Sensor Type		扩散式
	7	检测原理 Detection Principle		电化学
	8	检测范围 Measurement Range		0-100PPM
	9	响应时间 Response Time		<30 Sec
	10	校准周期 Calib.Cycle Time		
	11	安装方式 Mounting Type		
	12	外壳材质 Housing Material		
变送器 TRANSMITTER	13	变送器形式 Transmitter Type		一体式（带现场声光报警）
	14	输出信号 Output Signal		三线制 4~20mA
	15	精度 Accuracy		±3%FS
	16	供电 Power Supply		24V DC
	17	外壳材质 Housing Material		铝合金
	18	防护等级 IP Rating		IP 65
	19	防爆等级 Exp.Proof		Ex db IIC T4 Gb
	20	电气连接Elec.Connection		3/4"NPT(F)
	21	安装方式Mounting Type		2" 管安装
	22	安装支架 Mounting Bracket		带
	23	现场指示表 Field Indicator		LED显示 中文菜单
	24	声光报警 Sound & Light Alarm		带
	25	通讯 Communication		
	26	故障安全模式 Failure Safety Mode		
附件 ACCESSORIES	27	校准气体 Calibration Gas		
	28	防尘防雨罩 Dust/Rain Cover		带
	29	标定设备 Calibration Device		
	30	专用工具 Special Tools		带
	31	电缆格兰 Cable Gland		
订货 PURCHASE	32	制造厂 Manufacturer		
	33	型号 Model		
	34	认证 Certificate		
	35	订单号 Purchase Order Number		
	36	铭牌 Nameplate		带不锈钢铭牌

韩礼斗 子阳 胡银磊 张铁碧



毒气气体检测器规格书				
总体说明 GENERAL	1	位号 Tag Number	数量 Quantity	1
	2	用途 Service		报警器更新
	3	环境温度 Amb.Tempratu	相对湿度 Relative	-40~40℃
	4	检测气体类型 Detected Gas Type		硫化氢
	5	检测气体成分 Detected Gas Composition		硫化氢
传感器 SENSOR	6	传感器形式 Sensor Type		扩散式
	7	检测原理 Detection Principle		电化学
	8	检测范围 Measurement Range		0-50PPM
	9	响应时间 Response Time		<30 Sec
	10	校准周期 Calib.Cycle Time		
	11	安装方式 Mounting Type		
	12	外壳材质 Housing Material		
变送器 TRANSMITTER	13	变送器形式 Transmitter Type		一体式（带现场声光报警）
	14	输出信号 Output Signal		三线制 4~20mA
	15	精度 Accuracy		±3%FS
	16	供电 Power Supply		24V DC
	17	外壳材质 Housing Material		铝合金
	18	防护等级 IP Rating		IP 65
	19	防爆等级 Exp.Proof		Ex db IIC T4 Gb
	20	电气连接Elec.Connection		3/4"NPT(F)
	21	安装方式Mounting Type		2" 管安装
	22	安装支架 Mounting Bracket		带
	23	现场指示表 Field Indicator		LED显示 中文菜单
	24	声光报警 Sound & Light Alarm		带
	25	通讯 Communication		
	26	故障安全模式 Failure Safety Mode		
附件 ACCESSORIES	27	校准气体 Calibration Gas		
	28	防尘防雨罩 Dust/Rain Cover		带
	29	标定设备 Calibration Device		
	30	专用工具 Special Tools		带
	31	电缆格兰 Cable Gland		
订货 PURCHASE	32	制造厂 Manufacturer		
	33	型号 Model		
	34	认证 Certificate		
	35	订单号 Purchase Order Number		
	36	铭牌 Nameplate		带不锈钢铭牌

韩礼斗 子刚 胡银磊 张铁碧

